


КАРТА ЗАКАЗА кислородомера МАРК-409А

<p><b>Параметры пробы</b> _____</p> <p>Наименование пробы: _____</p> <p>Температура: _____ Давление: _____ рН: _____</p> <p>Особые примечания о составе: _____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> 
--	---

Комплектация _____		Наименование	Каналы измерения	
			первый	второй
1. Датчик кислородный		ДК-409АВД	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Тип гидравлического устройства	гидропанель	Гидропанель BP77.12.000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	обжимной фитинг под трубку Øнаруж. 6x1 мм	Кювета проточная BP77.12.100-01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	кювета проточная соединение с гидравлической системой методом сварки через трубки Øвнешн. 10x2; L = 100 мм	Кювета проточная BP77.12.100-02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Длина кабеля соединительного	5м (в комплекте по умолчанию)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5-100 м (укажите значение)	ВК409А/509А.L		

Количество приборов в данной комплектации: \_\_\_\_\_