



КАРТА ЗАКАЗА кислородомера МАРК-409Т

Параметры пробы

Наименование пробы: _____

Температура: _____ Давление: _____

Особые примечания о составе: _____



Параметры блока преобразовательного

Исполнение
 щитовое
 настенное

Электропитание
 220 В
 36 В

Комплектация

	Наименование	Каналы измерения	
		первый	второй
1. Датчик кислородный	ДК-409Т	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Тип гидропанели	<i>удаленное размещение блока преобразовательного (низкая)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>размещение блока преобразовательного настенного исполнения на панели (высокая)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>размещение на стойках</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Длина кабеля соединительного	1,5м (в комплекте по умолчанию)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1,5-100 м (укажите значение)	ВК409/509.L	

Количество приборов в данной комплектации: _____